



CERTIFICATE OF ANALYSIS		No 345/20/KJ/H-420
<b>Product Name/</b> <i>Nazwa Produktu</i>	<b>Haemolance Plus, safety lancet Normal Flow, 21G 1.8mm</b>	
<b>Catalog Number/</b> <i>Numer Katalogowy</i>	<b>7362</b>	
<b>Order Number/</b> <i>Numer Zamówienia</i>	<b>253564/ZS-1244/2020</b>	
<b>Dispatch Number/</b> <i>Numer Listy Wysyłkowej</i>	<b>145 / 2020</b>	
<b>Lancet Drawing Revision/</b> <i>Numer Rysunku</i>	<b>420.0200.1.0 R2b</b>	
<b>Lot Number/</b> <i>Nr Serii</i>	<b>Z42F525N6</b>	
<b>Date Of Production/</b> <i>Data Produkcji</i>	<b>2019-10-02 ÷ 2019-10-04</b>	
<b>Lot Quantity/</b> <i>Ilość</i>	<b>30 boxes</b>	
<b>Complete Needle Lot Number/</b> <i>Nr Serii Igły kompletnej</i>	<b>42F519</b>	
<b>Sterilization Certificate No./</b> <i>Numer Certyfikatu Sterylizacji</i>	<b>1559/19/EX</b>	
<b>Sterilization Method/</b> <i>Metoda Sterylizacji</i>	<b>Gamma Irradiation Co-60 Min 17,5 kGy - Max 40,0 kGy</b>	
<b>Expiry Date/</b> <i>Data Ważności</i>	<b>2024 – 09 – 01</b>	
<p><b>We certify that the product meets requirements of the Product Specification ZN-2008/HTL – 420.01 revision 18</b></p> <p><i>Niniejszym oświadczamy, że wyrób spełnia wymagania Specyfikacji Produktowej ZN-2008/HTL – 420.01 wydanie 18</i></p>		
<b>Date Of Preparing Certificate/</b> <i>Data Sporządzenia Certyfikatu</i>		2020-08-05
<b>Signature/</b> <i>Podpis</i>		SPECJALISTA DS. JAKOŚCI -HISTORIA WYROBU QUALITY SPECIALIST - DHR  Katarzyna Durkowska
<b>Decision/</b> <i>Decyzja</i>		